



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ННК»)

446214, РФ, Самарская обл., г.Новокуйбышевск
Телефон: (846-35) 3-02-20, факс (846-35) 3-00-22, e-mail: nnk@nnk.rosneft.ru
ОКПО 4814791, ОГРН 1026303117994, ИНН 6330017980, КПП 660850001

от 08.07.2019 г. № 21-17/221

Генеральному директору
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
А.А. Ухину

на № _____ от _____

*О работе многозонного датчика
температуры в рамках ОПЭ*

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Управлением главного метролога проведён анализ работы многозонного датчика температуры, модель ТР-Е-10 01 А X 12 4800-5800-6800-7800-8800-9800-10800-11800-12800-13800-14800-15800/200 С 1 4,5, заводской № 0002, производства ООО «Теплоприбор-Сенсор».

С ноября 2018 г. и до настоящего времени, датчик температуры модель ТР-Е-10 № 0002 установлен для проведения опытной эксплуатации в схеме контроля температуры метил – трет – амилового эфира в сферическом резервуаре высотой 16 метров.

За время опытной эксплуатации отказов и замечаний по работе датчика температуры не зафиксировано. Оборудование соответствует заявленным метрологическим характеристикам. Уровень и степень защиты оболочки делают возможным установку датчика во всех, без исключения, производственных зонах и помещениях с классом взрывопожароопасных зон по ПУЭ В-1а, В-1г.

Выражаю Вам свою благодарность за обеспечение высокого качества продукции и стремление в полной мере удовлетворить потребности заказчика.

С уважением,

Главный метролог АО «ННК»

А.И.Буртасов

Медянцева Анна Михайловна
8 (84635) 10-509